

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	赵可辉
	职称:	主任医师
	工作单位:	山东大学第二医院
项目信息	项目名称:	山东大学第二医院 3D-显微镜单一来源采购
	供应商名称:	中仪医疗装备有限公司
专业人员论证意见	山东大学第二医院拟采购的 3D-显微镜,经市场调研,目前尚无 4K 3D-显微镜的厂家生产,国内其他生产商所生产的同类产品不能满足需求,符合拟采购的“只能从唯一指定供应商处采购”的情形,中仪医疗装备有限公司是该区域的唯一授权供应商,建议采用单一来源的采购方式采购项目。	
专业人员签字		日期 2024 年 9 月 19 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张敬	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 济南军区总医院	
项目信息	项目名称: 山东大学第二医院 3D-显微镜单一来源采购	
	供应商名称: 中仪医疗装备有限公司	
专业人员论证意见	山东大学第二医院采购具部3D显微镜 申请单一来源采购方式符合《政府采购法》 第三十一条第一款规定(只能从唯一供应商处 论证意见如下: 1. 光学变焦: 最大变焦比例≥10倍 2. 放大倍率: 最大放大倍率≥56倍 3. 色彩对比度可调节功能: 拥有16种色彩模式 可供选择, 4. 具有视频采集系统软件支持 经同时满足以上技术要求且产设备 具有具部台帐记录, 经山东济南中仪医疗装备 有限公司承诺, 建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	张敬	日期 2024 年 9 月 19 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	于地
	职称:	主管
	工作单位:	医院
项目信息	项目名称:	山东大学第二医院 3D-显微镜单一来源采购
	供应商名称:	中仪医疗装备有限公司
专业人员论证意见	拟采购 3D-显微镜, 目前 4/C 3D-显微镜设备, 只有中仪 医疗设备有限公司代理, 且 该设备为进口产品, 符合“只能 从唯一供应商处采购” 条件, 建议单一来源采购。	
专业人员签字		日期 2024 年 9 月 19 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。


专家论证意见表

项目名称	山东大学第二医院 3D-显微镜单一来源采购
采购人	山东大学第二医院
代理单位	山东省鲁成招标有限公司
论证内容	单一来源单一性、单一来源采购文件、单一来源技术参数

论证意见:

经专家组对山东大学第二医院单一来源采购3D显微镜参数及项目说明进行论证,调整参数及项目说明,确保无排他性及倾向性,调整后的参数及项目说明符合政府采购招标文件要求,建议进入到下一招标采购流程。

专家签字:



2024 年 09 月 19 日