

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	王磊	职称	副高
专业	信息化		
工作单位	山东大学齐鲁医院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	激光间接检眼镜		
供应商名称	济南恒康伟业科技有限公司		
专 家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 经专家论证，该产品需与现有眼底激光平台使用，产品具有唯一性；该供应商已取得针对本项目的唯一授权。综上，该项目适用单一来源采购方式。		
	专家签字：王磊 2025 年 5 月 23 日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	陈琳	职称	主任
专业	医学检验		
工作单位	济南市第二中心医院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	激光间接检眼镜		
供应商名称	济南恒康伟业科技有限公司		
专家 论证 意见	提出单一来源供应商的理由： 医院拟采购的激光间接检眼镜 主要是为医院在用的爱子康超声心动图一 体机匹配使用的，其他同类产品无法 兼容匹配使用，总行从原厂总代理授权的 唯一供应商济南恒康伟业科技有限公司 采购，具有唯一性，建议用户单一来源 方式采购。		
	专家签字： 陈琳 2025年5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	吴子峰	职称	副高
专业	生物医学工程		
工作单位	青岛三院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	激光间接检眼镜		
供应商名称	济南恒康伟业科技有限公司		
专 家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 医院采购激光间接检眼镜需与原有爱尔康purepoint内置激光模块配套，建议采用单一来源方式采购。		
	专家签字：吴子峰 2025年5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	王磊	职称	副高
专业	信息化		
工作单位	山东大学齐鲁医院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	关节镜系统配件一批		
供应商名称	山东宏烨科学仪器有限公司		
专家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 经专家论证，采购产品需与现有设备兼容，具有唯一性；供应商已取得针对本项目的唯一授权。 综上，本项目适用单一来源采购方式。		
	专家签字：王磊 2025年5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	陈琳	职称	主任
专业	医学工程		
工作单位	济南市第二人民医院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	关节镜系统配件一批		
供应商名称	山东宏烨科学仪器有限公司		
专家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 医院此次拟采购的关节镜系统配件项目 是与医院使用的诺兰书泰系统关节镜 系统使用的，其他第三方产品均无法与 其匹配使用，因此，只能从原厂商采购 的唯一供应商山东宏烨科学仪器有 限公司处采购，具有唯一性，建议用户 单一来源方式采购。		
	专家签字：陈琳 2025年5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	吴学涛	职称	副局长
专业	生物医学工程		
工作单位	青岛三院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	关节镜系统配件一批		
供应商名称	山东宏烨科学仪器有限公司		
专家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 医院原用康美排系克欣关节镜，需与该设备 配套，建议采用单一来源方式采购。		
	专家签字：吴学涛 2025年5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	王磊	职称	副高
专业	信息化		
工作单位	山东大学齐鲁医院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	关节镜镜头套件（镜头线、耦合器）+光源线		
供应商名称	青岛美泰医疗科技有限公司		
专 家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 经专家论证，采购产品需与现有设备兼容，具有唯一性；该供应商已取得针对本项目的唯一授权。综上，本项目适用单一来源采购方式。		
	专家签字：王磊 2025年5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	陈琳	职称	副主任医师
专业	医学工程		
工作单位	济南市第二人民医院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	关节镜镜头套件（镜头线、耦合器）+光源线		
供应商名称	青岛美泰医疗科技有限公司		
专家 论证 意见	提出单一来源供应商的理由： 经论证拟采购的关节镜镜头套件为我院在用的Arthrex（强生）膝关节镜主机配套使用的，其他第三方产品无法与设备匹配兼容，所以原厂授权的唯一供应商青岛美泰医疗科技有限公司处采购，具有唯一性，建议采用单一来源方式采购。		
	专家签字：陈琳 2025年5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	吴子涛	职称	副内
专业	生物医学工程		
工作单位	青大五院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	关节镜镜头套件（镜头线、耦合器）+光源线		
供应商名称	青岛美泰医疗科技有限公司		
专 家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 医院需采购的关节镜镜头套件和光源线需与 现有系统匹配关节镜主机兼容，建议采用单一 来源方式采购。		
	专家签字：吴子涛 2025年5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	王磊	职称	副高
专业	信息化		
工作单位	山东大学齐鲁医院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	锶 90 敷贴器		
供应商名称	原子高科股份有限公司		
专 家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 经专家论证，该产品仅 ISOTOPEJsc 公司生产，且该供应商系生产方指定代理公司，具有唯一性。该项目适用单一来源采购方式。		
	专家签字：王磊 2025 年 5 月 23 日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	陈林	职称	主任
专业	医学工程		
工作单位	济南市第二人民医院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	锶 90 敷贴器		
供应商名称	原子高科股份有限公司		
专 家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 医院本次拟采购的锶90敷贴器目前 只有俄罗斯ISOTOPE公司制造用于 临床使用，其国内总代理权由唯一 经销商原子高科股份有限公司处采购， 具有唯一性，建议用户单一来源方式采购。		
	专家签字：陈林 2025年5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	吴子峰	职称	副主任医师
专业	生物医学工程		
工作单位	青岛大学医院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	锶 90 敷贴器		
供应商名称	原子高科股份有限公司		
专 家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 医院采购锶90敷贴器只有俄罗斯ISOTOP公司 提供该产品，建议使用单一来源方式采购。		
	专家签字：吴子峰 2015年 5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	王磊	职称	副高
专业	信息化		
工作单位			
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	血凝仪		
供应商名称	济南昊誉电子科技有限公司		
专家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 经专家论证，该仪器需与现有系统及轨道对接，具有唯一性；该供应商已取得厂商针对本项目的唯一授权。综上，该项目适用单一来源采购方式。		
	专家签字：王磊 2025年5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	陈琳	职称	主任
专业	医学工程		
工作单位	济南市第二人民医院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	血凝仪		
供应商名称	济南昊誉电子科技有限公司		
专家论证意见	提出单一来源供应商的理由： 该医院此次拟采购的血凝仪主要是用于临床医院应用的深部血凝检测系统，由于该系统的自动化前处理粒子位及轨道的识别其他第三方产品无法与之匹配兼容使用，因此从原厂授权的角度来看该系统的唯一授权代理商济南昊誉电子科技有限公司具有唯一性，建议用户单一来源方式采购。		
	专家签字：陈琳 2025年5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	吴子修	职称	副高
专业	生物医学工程		
工作单位	青岛五院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	血凝仪		
供应商名称	济南昊誉电子科技有限公司		
专 家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 医院采购血凝仪需与现有沃芬流水线配套，建议使用单一来源方式采购。		
	专家签字：吴子修 2025 年 5 月 23 日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	王磊	职称	副高
专业	信息化		
工作单位	山东大学齐鲁医院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	PH 测定仪		
供应商名称	天津科斯麦商贸有限公司		
专 家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 经专家论证，该仪器需兼容原有设备，具有唯一性；该供应商已经取得仪器国内唯一经销商针对本项目的授权，具有唯一性。综上，本项目适用单一来源采购方式。		
	专家签字：王磊 2025 年 5 月 23 日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	陈琳	职称	主任
专业	医学检验		
工作单位	济南市第二人民医院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	PH测定仪		
供应商名称	天津科斯麦商贸有限公司		
专家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 医院此次拟采购的PH测定仪，是在医院在用胃内动力检测仪相匹配使用的PH测定仪的基础上增加胃内部分段的PH测定仪，经调研其他第三方公司的产品无法与之匹配使用，只能从原设备生产商授权的天津科斯麦商贸有限公司处采购，具有唯一性，建议用户单一来源采购。		
	专家签字：陈琳 2025年5月23日		

单一来源采购专家论证意见表

专家姓名	吴子峰	职称	初高
专业	生物医学工程		
工作单位	山东省立三院		
采购单位名称	山东大学第二医院		
采购项目名称	PH 测定仪		
供应商名称	天津科斯麦商贸有限公司		
专家 论 证 意 见	提出单一来源供应商的理由： 因临产需要增加 PH 测定仪器需求 现有设备无法 匹配，天津科斯麦商贸有限公司为唯一提 报公司 建议利用单一来源方式采购		
	专家签字：吴子峰 2025年 1月 25日		